KEELER SLIMLINE HÅNDTAG



LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT

Keeler Slimline Håndtag
Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes skyld skal alle advarselsinformationerne i dette afsnit iagttages. Hensigten med følgende oplysninger er at fremhæve potentielle sikkerhedsfarer, der kan forbindes med forkert brug eller beskadigelse.

Advarsel

Dette produkt må ikke bruges, hvis der er brændbare gasser i nærheden.

Batteriet må ikke skilles ad eller modificeres. Der er ingen servicérbare dele inden i.

Bortskaf ikke batteriet ved brænding. Batteriet må ikke punkteres.

Brug ikke et batteri, der er deformeret, lækker, er korroderet eller synligt beskadiget.

Stop straks brugen af produktet og kobl det fra nettet, hvis det afgiver en mærkelig lugt, varme eller røg. Fortsat brug af beskadigede produkter eller dele kan forårsage kvæstelser.

Enheden må ikke nedsænkes i nogen form for væske.

Brug ikke enheden hvis den er beskadiget, og foretag visuelle eftersyn med jævne mellemrum.

Der kan kun bruges Slimline håndtag, dvs. med rød base fra Keeler i Keelers lithium ladere. Forsøg ikke at isætte et håndtage med blå base i lithium ladere fra Keeler. Se Keelers håndtags- og pæreidentifikation.

Forsigtig
Tag tørbatterier ud inden vækgemning over længere tidsperioder.

Brug kun Keelers genopladelige batteri delnr. EP39 18918

Oplad kun med Keelers ladere delnr. 1941-P-5289, dobbeltlader
1941-P-5326, minilader

Kombinér ikke forskellige typer batterier.

Oplad ikke batterier i omgivelser hvor temperaturen kan overstige 40ºC eller falde under 0ºC.

Skal holdes uden for børns rækkevidde.

Kun til indendørs brug (skal beskyttes mod fugt).

For at undgå kondensdannelse skal instrumentet have lov til at nå rumtemperatur inden brug.

Når instrumenthovederne kobles til håndtagene, skal man kontrollere, at instrumentpærens spænding svarer til håndtagets spænding.
Sørg for at kontrolfunktionen står på 'off' efter det er tjekket.

Når lithium cellen udskiftes, slukkes for håndtaget og der isættes en ny celle.
Sæt bundhætten på igen og anbring håndtaget i ladekilden.

Miljømæssigt
Batteriet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser om genbrug af batterier.

Sæt tape over batteriets kontaktflader for at undgå kortslutning under bortskaffelse.

Li-Ion batterier indeholder ikke toksiske tungmetaller såsom kviksølv, cadmium eller bly.

Identifikation af Keelers håndtag & pære
Keelers håndtag & pærer er farvekodede, så man kan skelne mellem et batterihåndtag med tørbatteri (2,8V) og et genopladelige håndtag (3,6V). Håndtagene er farvekodede på følgende måde:

Blå base = 2,8V til tørbatterier
Rød base = 3,6V til genopladelige batterier

Når der skiftes pærer, skal man sørge for at spændingen svarer til håndtagets spænding.

Isætning/udskiftning af batterier
Skru batterihætten af, sæt batterierne i og sæt batterihætten på igen som vist på fig. 1.



Fig. 1



Påsættelse af instrumenthovedet på håndtaget
Forbindelsen mellem instrumenthovedet til håndtag er et gevind. Sæt instrumenthovedet på som vist og drej med uret. Sørg for at forbindelsen mellem hoved og håndtag er positiv.



Kompatibilitet
Keeler Specialist, Professional, Standard, Practitioner og oftalmoskoper og Keeler er retinoskoper er kompatible med Keeler 2,8v og 3,6v håndtag.

OFF



On/off-lysstyrkekontrol
Instrumentet slås til ved at dreje lysstyrkekontrollen til højre, som vist. Instrumentet slås fra ved at dreje lysstyrkekontrollen til venstre, som vist. Keeler Slimline håndtag har en strømindikator, der viser om instrumentet er slået til eller fra.
Rød = tændt Sølv = slukket.

MELA CARGA



Identifikation af håndtag
Keeler slimline håndtag er har farvekoder, der gør det muligt at skelne mellem et håndtag med tørbatteri (2,8v) og et opladeligt batteri (3,6v). Farvekoderne er som følger:

CARGA TOTAL

Blå base = 2,8v til tørbatterier med kravebøsning 13A
Rød base = 3,6v til opladelige batterier 13B

Rengøringsvejledning
Instrumentet må kun gøres rent manuelt og uden at blive sænket ned i væske, som beskrevet herunder:

1. Tør overfladerne af med en ren absorberende, fnugfri klud, hårdt vredet op i en vand/vaskemiddelopløsning (2% i volumenprocent) eller vand/ isopropylalkohol (70% i volumenprocent).

2. Sørg for at overskydende opløsning ikke løber ind i instrumentet. Vær omhyggelig med at kluden ikke er gennemvædet i opløsning.

3. Overfladerne skal tørres omhyggeligt efter med en ren, fnugfri klud.

4. Bortskaf det brugte rengøringsmateriale på en sikker måde.

Garanti & service
Ingen brugerservicérbare dele - al forebyggende vedligeholdelse og servicering må kun udføres af repræsentanter, der er godkendt af Keeler.

Håndtag fra Keeler er garanteret i 3 år og vil blive udskiftet eller repareret vederlagsfrit under forudsætning af følgende:

1. Fejlen skyldes defekt fabrikation
2. Købsbevis skal følge med hvert krav.

FREMSTILLET I UK AF:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
Tlf.: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145
FRIKALD: 0800 521 251

DISTRIBUERET AF:

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Frikald: 1 800 523 5620
Tlf.: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

'CE-mærket på dette produkt | angiver, at det er afprøvet efter og opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr, 93/42/EØF'

A HALMA GROUP COMPANY

Distributør